

Příloha je nedílnou součástí

osvědčení o akreditaci č.: 67/2020 ze dne: 27. 1. 2020

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

České vysoké učení technické v Praze
Laboratoř mechanických zkoušek
Technická 4, 160 00 Praha 6

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody ²	Předmět zkoušky
1.	Stanovení pevnosti v ohybu	ZP 01 (ASTM F382, čl. 7.2.1; ISO 9585)	Dlahy
		ZP 02 (ČSN EN 843-1)	Keramika
		ZP 03 (ČSN EN ISO 13356, čl. 4.6; ISO 6474-1, čl. 6.4.3; ISO 14704; ČSN EN ISO 6872, čl. 7.3.1; ASTM C1161)	Keramika
2.	Stanovení pevnosti při biaxiálním ohybu	ZP 04 (ČSN EN ISO 13356, čl. 4.5; ISO 6474-1, čl. 6.4.2; ASTM C1499)	Keramika
3.	Únavová zkouška v ohybu	ZP 05 (ČSN EN ISO 13356, čl. 4.10; ISO 6474-1, čl. 6.9; ISO 22214)	Keramika
		ZP 06 (ČSN EN ISO 14801)	Dentální implantáty
		ZP 07 (ČSN EN ISO 11334-1, čl. 5.6, 5.7)	Předloketní berle
		ZP 08 (ASTM F382, čl. 7.2.2)	Dlahy
		ZP 09 (ASTM F1264, čl. 6.3.1, 6.4.1, 6.5.1)	Hřeby

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:

ZP – zkušební postup zpracovaný laboratoří

